

(D2015-057)
2015年6月19日

お客様 各位

スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー

本社 141-8684 東京都品川区北品川6丁目7-29

歯科用製品事業部

事業部長 毛利 和人

ラヴァTM アルティメット 歯科切削加工用レジン材料

販売中止のご案内

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただきまして誠にありがとうございます。ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、これまでCAD/CAM冠材料として販売してまいりましたラヴァTM アルティメット 歯科切削加工用レジン材料をこのたび販売中止とさせていただきますのでご案内申し上げます。海外3Mの調査の結果約10%の施設で、文献で報告されている一般的な脱離率(2~4%)を超えるクラウン用途での脱離経験があることが判りました。この結果は3Mとして目指す品質レベルを満たしておらず、全世界的にクラウン用途を本製品の適用から除外とすることを決定するに至りました。日本においての当社が認識している脱離の報告は極めて少ないものの、保険収載されているCAD/CAM冠の製作が多い日本では販売中止とさせていただきます。ご迷惑をおかけして大変恐縮ではございますが、事情ご賢察のうえ、ご理解くださいますようお願い申し上げます。製品の安全性には問題ございませんので併せて申し添えます。

尚、インレー・アンレー・ベニアに限定した製品の発売を後日予定しております。

敬 具

記

■ 販売中止日 : 2015年6月19日 (金)

■ 販売中止製品

製品番号	製品名
2012A2-LT 等	ラヴァ アルティメット ブルーマンドレル (汎用ミリングマシーン用) 歯科切削加工用レジン材料 全製品
2912A2-LT 等	ラヴァ アルティメット 歯科切削加工用レジン材料 (セレック®用) 全製品*

* シロナデンタルシステムズ株式会社の取り扱い製品です。

以 上