

お客様各位

2006年1月30日
スリーエムヘルスケア株式会社
安全衛生製品事業部

「6001/2091-L3」取扱説明書不備について

拝啓 ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社で販売しております「6001/2091-L3」の取扱説明書において、記載不備が判明いたしました。製品の性能には何らの影響はございませんが、このような製品を出荷いたしましたことを深くお詫びいたしますとともにより一層の品質管理に努めてまいります所存でございます。

対応の詳細につきましては下記をご参照いただきますようお願い申し上げます。

ご不明な点等ございましたら、こちらのメールフォームよりお問い合わせいただければ幸いです。

[お問い合わせフォーム](#)

ご迷惑をおかけいたしますが、ご賢察の上、何卒よろしくご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

■ 対象製品と不備内容

対象製品： 6001/2091-L3

不備内容： 取扱説明書内にあります下記項目性能欄での表記不備

項目	誤	正
吸気抵抗上昇値	4 5 0 以上	4 5 0 以下
重量	1 1 5 以上	1 1 5 以下

■ 交換方法について

お手数ですが貴社にて当該製品を在庫されている場合は、別途ご用意しました FAX 用紙にて数量を記載の上、弊社マーケティング部まで送付いただきますようお願い申し上げます。受領後、当該数量分の訂正表を送付いたします。

[ファックスシートはこちら](#)

<PDF ファイル>

なお、弊社在庫分につきましてはすでに修正いたしました取扱説明書を同梱しており、袋部及び CTN に緑色のシールが貼られていますので、ご注意の程、お願い申し上げます。

以上